

Fortaleza-CE, 02 de Agosto de 2018.

A Prefeitura Municipal de Itarema
Comissão de Pregões
Itarema – CE


Pregão Presencial nº 042/2018 – S – Abertura: 24 de Julho de 2018 – Horário: 15:00 horas

PROPOSTA DE PREÇOS (ADEQUADA)

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE OXIGÊNIO CLÍNICO, UMA CENTRAL VÁCUO MEDICINAL E UMA CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ

CENTRAL DE OXIGENIO CLÍNICO, CENTRAL DE VÁCUO E CENTRAL DE AR MEDICINAL

Ítem	Descrição	Unid	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
01	Central de Oxigênio Clínico marca Unitec: contando de: Configuração p/06 cilindros, sendo 3 + 3 cilindros (9,6m ³ cada), composta de um ramal “A” e outro “B”; manifold automático tipo PCM-90 com 2 reguladores de alta pressão, by-pass com chaves de secção.	UN	01	14.200,00	14.200,00
02	Central de vácuo medicinal, marca DALTECH, modelo: MEDVAC12D padrão ANVISA/ABNT, execução duplex, composta de 02 unidades geradoras de vácuo medicinal montada sobre o reservatório 02 painéis elétricos de comando, com inversão temporizada e entrada automática da unidade reserva em caso de emergência ou alta demanda e 01 reservatório e filtros bacteriológicos.	UN	01	75.000,00	75.000,00
03	Central de ar medicinal comprimido, marca DALTECH, modelo DC-18-DRSA, padrão ANVISA/ABNT, execução duplex, composta de 02 unidades geradoras de ar medicinal comprimido, montada sobre skid composta de 02 compressores isentos de óleo, 02 sistemas de purificação sendo cada um composto de 01 resfriador-posterior, 01 pré-filtro coalescente, 01 secador por adsorção, 01 pós-filtro coalescente fino (0,01 micron) e 01 filtro absorvedor de carvão ativado, 02 painéis elétricos de comando, com inversão temporizada e entrada automática da unidade reserva em caso de emergência ou alta demanda e 01 reservatório de ar, com as seguintes características técnicas principais:	UN	01	85.000,00	85.000,00



Vazão efetiva de operação @ 5 bar.....13,5m³/h				
Vazão efetiva reserva @ bar.....13,5m³/h				
Ponto de orvalho do ar gerado.- 45,5°C à pressão atmosférica				
Tensão de comando.....220V/60HZ/1F				

Valor Global da Proposta: R\$.174.200,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos reais);

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Condições de pagamento: Conforme o Edital;

Nos preços apresentados já estão computados todos os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, e incluídos todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e deslocamento de pessoal, inclusive a margem de lucro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto do Edital e seus Anexos;

Atenciosamente.



Claudio Igor Freitas Gomes

RG 2004097015958 SSP-CE

CPF nº 052.765.663-13

