



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**

**CONTROLADORIA GERAL**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



**ADENDO AO EDITAL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-PE**





PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-PE

**01- DO OBJETO:**

1.1- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JÚNIOR RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

**02- DA NOVA DATA:**

2.1- A nova data fica adiada da seguinte forma: Cadastro das Propostas até 30 de Agosto de 2022; Abertura das Propostas: 31 de Agosto de 2022, às 08h30min; Fase de Disputa de Lances: 31 de Agosto de 2022, às 09h00min.

**03 - DAS ALTERAÇÕES:**

3.1- A Secretaria Municipal de Saúde e a Comissão de Pregão, após analisar as impugnações ao edital, resolve emitir adendo de correção, motivo pelo qual é marcada nova data para o certame, para que sejam publicadas as alterações necessárias.

3.2- Segue as devidas alterações:

**3.2.1- Item 8.4.3 - Qualificação Técnica (Art.30)**

a)

b) Para os "produtos médicos" assim conceituados pela RDC Nº 185/2001 - ANVISA, deverá ser apresentada comprovação de cadastro/registo destes equipamentos perante a ANVISA, com fulcro no art. 1º, da RDC nº 185/2001, art. 2º, § 2º, da RDC nº 27/2011, art. 25, da Lei 6.360/71 c/c art. 30, IV, da Lei 8.666/93.

**3.2.2- Item 8 do Termo de Referência:**

**8- PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA**

a) As entregas dos produtos deverão ser de acordo com a solicitação e em até 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da requisição formalizada por setor competente.

**3.2.3- Nova descrição do item 22 - foco cirúrgico:**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QUANT TOTAL |
|------|--|------|-------------|
| 22   | FOCO CIRURGICO DE TETO 2 CÚPULAS - FOCO CIRÚRGICO DE TETO, 02(DOIS) BRAÇOS (2 CÚPULAS), LUZ LED, BATERIA RECARREGÁVEL DE SISTEMA DE EMERGÊNCIA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 2 CÚPULAS, LUZ LED'S DIODO EMISSOR DE LUZ - ILUMINAÇÃO MÍNIMA ACEITÁVEL DE 120.000 LUX POR CÚPULA, VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 30.000 HORAS CONTROLE POR PAINEL COM TECLAS E INDICADORES DE INTENSIDADE COM CINCO NÍVEIS DE AJUSTE 20 A 100. MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL COM BATERIA DE CHUMBO ESTACIONÁRIA DE 12V COM | UND  | 1           |



4



|   |  |  |
|---|--|--|
| AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 03 HORAS COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA. ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE TODA A FAIXA DE 110V A 230V - 10 50/60HZ. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES 01 MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, CONSUMO DE ENERGIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTÁ ENTRE 60 E 100 VA; EQUIPAMENTO COM GRAU DE PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP 44 OU IP 54 CONFORME (INMETRO); EQUIPAMENTO COM DISSIPACÃO DE CALOR SEM A NECESSIDADE DE COOLER, VENTOINHAS, ENTRE OUTROS. TODAS AS CARACTERÍSTICAS ACIMA SENDO COMPATÍVEIS OU SIMILARES. |  |  |
|---|--|--|

#### 4- DAS DEMAIS ALTERAÇÕES:

4.1- As demais cláusulas continuam inalteradas.

4.2- Os interessados em participarem da Concorrência Pública, deverão expressar automaticamente, sua total concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformação sua ou de seus representantes.

4.3- Maiores informações pelo e-mail: [licitacao@itarema.ce.gov.br](mailto:licitacao@itarema.ce.gov.br) ou pelo telefone: (88) 3667-1133.

Itarema, Ceará, 17 de Agosto de 2022.

Inez Helena Braga

**Presidente da Comissão de Licitação**